

K č.j.: 02393/15-SSHR

V Praze dne 14. dubna 2015
Počet listů: 1

Věc: **Dodatečné informace č. 1** k veřejné zakázce s názvem „15-084 Heřmanův Městec – laboratorní přístroje“

Zadavatel obdržel dne 13.04. 2015 žádost o dodatečné informace v tomto znění:

Prosím o informaci, zda je k filtrovatelnosti, Bod.6, požadováno chlazení (externí kryostat).

K dotazu zadavatel uvádí:

K filtrovatelnosti (Část 6. Předmětu veřejné zakázky) není požadován externí kryostat.



Ing. Zbyněk Raichl, CSc.
ředitel Odboru zakázek