

K č.j.: 02393/15-SSHRR

V Praze dne 6. května 2015

Počet listů: 1


Věc: **Dodatečná informace č. 3** k veřejné zakázce s názvem „15-084 Heřmanův Městec – laboratorní přístroje“

Zadavatel obdržel dne 04.05 2015 žádost o dodatečné informace v tomto znění:

„Byly jsme osloveni ve věci výběrového řízení vaší instituce. Máme dotaz k bodu č. 5 „Analytické váhy“ jedná se mi o upřesnění parametru váhy, respektive - uvádíte, že váha má být ověřitelná (OCE-DU) přičemž označení DU uvádí firma [REDAKCE] pouze u vah řady [REDAKCE]. Můj dotaz zní, zda-li má koncový uživatel zájem o tento typ váhy, nebo je možné nabídnout i jinou analytickou váhu zn. [REDAKCE]. Prosím o Vaše vyjádření, případně o kontakt na koncového uživatele. Předem děkuji za Vaší odpověď. Hezký den!“

K dotazu zadavatel uvádí:

K dotazu sděluji, že váhy **musí splňovat OCE-DU (schopné cejchování)**. V zadávací dokumentaci neuvádíme typ, pouze tento požadavek a rozsah měření. Může tedy asi nabídnout širší rozsah měření, ale nabídnutý typ musí splňovat OCE-DU.



Ing. Zbyněk Raichl, CSc.
ředitel Odboru zakázek